

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Massimiliano Robbiani
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 7 aprile 2017 n. 82.17

In molte scuole del Cantone non esiste in dotazione un defibrillatore. È una lacuna, oggi giorno, non più ammissibile.

Signor deputato,

rispondiamo come segue ai quesiti posti dal suo atto parlamentare.

1. Come mai non in tutte le sedi scolastiche, sotto responsabilità del Cantone, esiste un defibrillatore?

Le sedi di scuola media nelle quali è presente un defibrillatore sono in sostanza quelle che hanno svolto al loro interno una formazione *First Responder*. In effetti, durante il periodo 2009-2015, nell'ambito del Piano cantonale d'intervento primario in caso di arresto cardiaco improvviso, i docenti e gli allievi di IV media hanno potuto essere formati alla tecnica di rianimazione BLS/DAE (Basic Life Support/Automatic External Defibrillator).

Per quanto riguarda le sedi del settore della formazione professionale, che non hanno beneficiato di questa offerta formativa, la presenza di un defibrillatore è determinata dalle scelte dei singoli istituti, che se ne assumono autonomamente i costi di formazione e di installazione, in quanto questi ultimi non sono coperti dal Cantone.

Nelle scuole comunali, per le quali in questo ambito il Cantone non ha competenze, l'installazione di un defibrillatore è decisa dai comuni.

Da ricordare inoltre che la presenza o meno di un defibrillatore in un dato istituto scolastico è determinata anche dalla sua ubicazione. Ad esempio, le sedi di scuola comunale sono di frequente ubicate in prossimità di edifici pubblici che sono già dotati di defibrillatori (case comunali, uffici postali, ecc.)¹ e lo stesso si può dire per alcune delle sedi cantonali di scuola media, media superiore o professionale².

Si osserva infine che la domanda posta dall'atto parlamentare rimanda ad analoghe richieste formulate nelle mozioni "Defibrillatori negli stabili cantonali e incentivi per l'acquisto", presentata da Michele guerra e Lorenzo Quadri il 17 ottobre 2011, e "Piano cantonale di intervento primario in caso di arresto cardiaco - Evoluzione 2015", presentata da Alessandro Del Bufalo e cofirmatari il 25 febbraio 2015. Nel suo rapporto sulle menzionate mozioni, licenziato unitamente alla presente risposta, il Consiglio di Stato ricorda che defibrillatori sono stati posati dal Cantone in parecchi dei suoi stabili e, in particolare, laddove si è ritenuta la posa di un tale dispositivo necessaria, proporzionata e adeguata.

¹ Questa situazione è presente negli Istituti di Quinto, Biasca, Monte Crasso, Lamone-Cadempino, Arbedo-Castione.

² Ad esempio il defibrillatore posizionato presso il Centro G+S di Bellinzona, che serve l'insieme del comparto Torretta, comprendente il Liceo di Bellinzona e l'Istituto Cantonale di Economia e Commercio (Scuola cantonale di commercio, Scuola Specializzata Superiore di Economia e Scuola Specializzata Superiore Alberghiera e del Turismo).

2. Attualmente, in quali sedi è presente un defibrillatore?

Sono riportate di seguito, suddivise per ordine scolastico, le sedi nelle quali è presente un defibrillatore. Per completezza, la lista comprende anche le scuole comunali.

Scuole comunali

Istituto scolastico Balerna (sede scuole elementari, previsto un secondo apparecchio alla scuola dell'infanzia e uno alla scuola dell'infanzia sede di Novazzano), Istituto scolastico Castel S. Pietro, Istituto scolastico di Chiasso, Istituto scolastico di Coldrerio (presso la Cancelleria, a 15 m. dalla scuola), Istituto scolastico di Morbio Inferiore e Vacallo (sede di Morbio Inferiore), Istituto scolastico di Mendrisio (4 sedi), Istituto scolastico di Sorengo (sede di Sorengo e sede di Muzzano), Istituto scolastico Alto Malcantone (sede di Cademario), Istituto scolastico Alto Vedeggio (sede di Medeglia), Istituto scolastico di Manno-Gravesano (presso la palestra), Istituto scolastico di Taverner-Torricella, Istituto scolastico di Comano, Istituto scolastico di Ascona, Istituto scolastico della Vallemaggia (sede Ronchini), Istituto scolastico di Cadenazzo, Istituto scolastico di Gordola (sede Lavertezzo Piano), Istituto scolastico di S. Antonino, Istituto scolastico di Biasca (sede di Pollegio), Istituto scolastico di Faido (sede di Personico)

Scuole medie (20 istituti su 35)

Ambri, Biasca, Giornico, Bellinzona 1, Bellinzona 2, Castione, Cevio, Gordola, Locarno 1, Bedigiora, Camignolo, Lugano Besso, Massagno, Pregassona, Viganello, Balerna, Mendrisio, Morbio Inferiore, Riva S. Vitale, Stabio.

Scuole medie superiori (1 istituto su 6)³

Liceo di Mendrisio.

Scuole professionali (6 istituti su 21)⁴

Centro professionale commerciale di Lugano, Centro professionale sociosanitario medico-tecnico di Locarno, Centro professionale sociosanitario medico-tecnico di Lugano, Centro professionale tecnico di Locarno, Centro professionale tecnico di Lugano-Trevano, Scuola professionale per sportivi d'élite di Tenero.

3. In quali sedi non è presente?

Per esclusione, le sedi o istituti scolastici non menzionati alla risposta alla domanda n. 2 sono sprovviste di defibrillatore.

4. Nelle sedi sprovviste di un defibrillatore si prevede a breve termine di metterne uno? Se sì, quando? Se no, perché?

Dalle informazioni attualmente disponibili non sono previste nuove installazioni di defibrillatori (al di là di quelle segnalate nella risposta alla domanda n. 2). Le ragioni sono essenzialmente legate alla mancanza di una formazione specifica negli istituti scolastici e all'impossibilità degli stessi istituti di allocare parte dei loro crediti per l'installazione di un defibrillatore.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 2 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

³ Cfr. nota 2.

⁴ Cfr. nota 2.